

CO₂-Nulljustierfilter

Beschreibung:

Einwegfilter zur Nullpunktjustierung bei Gasanalysegeräten durch Herausfiltern des CO₂-Anteils aus der Umgebungsluft.

Bedienungsanleitung:

Ziehen Sie eine Seite des Silikonschlauchs von Schlauchnippel des Filters ab.

Verbinden Sie das offene Schlauchende mit dem Nullgaseingangsstutzen des Gasanalysegerätes.

Führen Sie den Nullabgleich am Gasanalysator durch.

Achtung:

Vermeiden Sie den Kontakt mit dem sich im Rohr befindlichen Filtermaterial.

(Filtermaterial ist ätzend)

Um die Lebensdauer des Filters zu verlängern, verschließen Sie nach dem Gebrauch den Filter wieder mit dem Schlauch.

Lebensdauer: ca. 150 Std. bei einer Durchsatz von 2 l/min. Umgebungsluft

Bestell-Nr.: CO2-NJF

FAX-Bestellung	Fax.-Nr. 02365/97451-25
an: MESA Industrie-Elektronik GmbH Neckarstrasse 19, 45768 Marl Tel.: 02365/97451-0	von:
Hiermit bestellen wir ____ Stk. CO ₂ -Nulljustierfilter Typ CO ₂ -NJF. Bitte liefern Sie die Filter an o. g. Adresse. Datum: _____ Unterschrift: _____	